



AYDIN ADNAN MENDERES
ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi

Doküman No: HF-151

İlk Yayın Tarihi: 03.02.2026

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Döküman Adı: BECERİ KONTROL LİSTESİ FORMU

Öğrencinin Adı Soyadı	
Numarası	
Dersin Adı	HF201 İç Hastalıkları Hemşireliği
Becerinin Uygulandığı Tarih ve Saat:	
Becerinin Adı	Elektrokardiyografi (EKG) Çekme
Sorumlu Öğretim Elemanı	Doç. Dr. Serap GÖKÇE ESKİN
İMZA:	

Yönerge: Bu form derslerin laboratuvar uygulamaları sırasında öğrencinin beceriyi basamaklarına uygun gerçekleştirme durumunu değerlendirmek ve öğrenciye geri bildirim vermek amacı ile hazırlanmıştır. Öğretim elemanı laboratuvar uygulamaları sırasında öğrencinin beceri basamaklarını gerçekleştirme durumunu aşağıdaki puanlama ölçütlerini kullanarak değerlendirir ve öğrenciye geribildirimde bulunur.

0= Geliştirilmesi Gerekir: Basamağın yanlış uygulanması veya atlanması

1= Yeterli: Basamağın doğru ve sırasında uygulanması fakat eğitimci rehberliğine ihtiyaç duyulması

2= Ustalaşmış: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin rehberliğine ihtiyaç duymadan doğru ve sırasında uygulanması

**Bu form dersin laboratuvar uygulamasında kullanılmak üzere ilgili becerinin uygulama basamaklarını içerecek şekilde sorumlu öğretim elemanı tarafından hazırlanır ve öğrenciler ile paylaşılır.*

**Her öğrenci bu formu ilgili dersin laboratuvar uygulamasında yanında bulundurmak zorundadır.*

Beceri Basamakları	I.Uyg	II.Uyg	III.Uyg
1. Elleri yıkama			
2. Malzemeleri hazırlama (EKG makinası ve jel)			
2. Hastayı doğrulama ve yapılacak işlem hakkında bilgi verme			
3. Hastaya yapılacak işlem hakkında bilgi verme			
4. Perde veya paravanı çekme			
5. Hastanın bilinci açık ise yapıştırıcıya karşı alerjisi olup olmadığını sorma			
6. Hastanın üzerinde metal aksesuar, saat vb bulunmadığını kontrol etme			
7. Hastayı sırtüstü yatırma ve üst gövdesini tamamen açma			
9. Ekstremitte elektrotlarını bağlama; RA Sağ kol bileği Kırmızı, LA Sol kol bileği Sarı, RL Sağ bacak bileği Siyah, LL Sol bacak bileği Yeşil			
10. Göğüs elektrotlarını bağlama; V1: Sternumun sağında 4. interkostal aralık, V2: Sternumun solunda 4. interkostal aralık, V3: V2 ile V4 arası, V4: Sol midklavikular hatta 5. interkostal aralık, V5: V4 hizasında anterior aksiller hatta, V6: V5 hizasında midaksiller hatta			
11. EKG cihazını açma ve kalibrasyon kontrolünü yapma			
12. Kâğıt hızını ve voltajı kontrol etme (genellikle: 25 mm/sn, 10 mm/mV)			
13. EKG kaydını başlatma			
14. Her derivasyondan 3-4 kompleks görececek şekilde ekstremitte derivasyonu kaydı alma (Standart derivasyonlar I,II,III,aVR, aVL, aVF)			
15. Her derivasyondan 3-4 kompleks görececek şekilde göğüs derivasyonu kaydı alma (Göğüs derivasyonları: V1, V2, V3, V4, V5, V6)			
16. Cihaz bağlantılarını hastadan ayırma			
17. Hastaya işlem ile ilgili bilgi verme			
18. Ellerini yıkama			
19. Sonucu hemşire gözlem formuna kaydetme			

Gözlem ve Geri Bildirimler:

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu	Dekan Yardımcısı	Dekan