



AYDIN ADNAN MENDERES
ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi

Doküman No: HF-151

İlk Yayın Tarihi: 03.02.2026

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Döküman Adı: BECERİ KONTROL LİSTESİ FORMU

Öğrencinin Adı Soyadı	
Numarası	
Dersin Adı	HF201 İç Hastalıkları Hemşireliği
Becerinin Uygulandığı Tarih ve Saat:	
Becerinin Adı	Pulse Oksimetre İle Oksijen Saturasyonu Takibi
Sorumlu Öğretim Elemanı	Prof. Dr. Rahşan ÇEVİK AKYIL
İMZA:	

Yönerge: Bu form derslerin laboratuvar uygulamaları sırasında öğrencinin beceriyi basamaklarına uygun gerçekleştirme durumunu değerlendirmek ve öğrenciye geri bildirim vermek amacı ile hazırlanmıştır. Öğretim elemanı laboratuvar uygulamaları sırasında öğrencinin beceri basamaklarını gerçekleştirme durumunu aşağıdaki puanlama ölçütlerini kullanarak değerlendirir ve öğrenciye geribildirimde bulunur.

0= Geliştirilmesi Gerekir: Basamağın yanlış uygulanması veya atlanması

1= Yeterli: Basamağın doğru ve sırasında uygulanması fakat eğitimci rehberliğine ihtiyaç duyulması

2= Ustalaşmış: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin rehberliğine ihtiyaç duymadan doğru ve sırasında uygulanması

**Bu form dersin laboratuvar uygulamasında kullanılmak üzere ilgili becerinin uygulama basamaklarını içerecek şekilde sorumlu öğretim elemanı tarafından hazırlanır ve öğrenciler ile paylaşılır.*

**Her öğrenci bu formu ilgili dersin laboratuvar uygulamasında yanında bulundurmak zorundadır.*

Beceri Basamakları	I.Uyg	II.Uyg	III.Uyg
1. Elleri yıkama			
2. Hastaya yapılacak işlem hakkında bilgi verme			
3. Malzemeleri hazırlama (pulse oksimetre)			
4. Uygun parmak/yer seçimi ve probun uygunluğunu hastanın elinin soğuk olup olmadığını kontrol etme			
5. Koyu renk tırnak tırnak cilası ya da takma tırnak varsa çıkartma ya da farklı bölgeleri değerlendirme			
6. Pulse oksimetre cihazını, açma kapama düğmesine basarak açma			
7. Hastanın elini, kalp seviyesinin aşağısında pozisyonlama			
8. Pulse oksimetrenin mandalına basarak, hastanın parmağını aletin içine yerleştirme			
9. Hastanın parmağı tam/led ekran üstte olacak şekilde yerleştirmeye özen gösterme			
10. Hastaya hareketsiz kalmasını ve elini oynatmaması gerektiğini hatırlatma			
11. Gösterge üzerindeki rakamlar sabit kalıncaya kadar bekleme			
12. Göstergede; üsteki kan oksijen doygunluğu, alttaki nabız hızını gösterir (nabız rakamı tam görüntülenmezse hastanın parmağından aleti çıkatarak işlem basamaklarını tekrarla)			
13. Pulse oksimetrenin mandalına basarak hastanın elinden çıkarma			
14. Elleri yıkama			
15. Sonucu hemşire gözlem formuna kaydetme			

Gözlem ve Geri Bildirimler:

.....

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu	Dekan Yardımcısı	Dekan